

TELPU EKSPLIKĀCIJA

101. GALVENĀ LABORATORIJA 722,0m2
102. AKUSTIKAS LABORATORIJA 117,4m2
103. GĀZES KATLU TELPA 13,8m2
104. PRIEKŠTELPA 2,2m2
105. SANMEZGLS 4,2m2
003B HIDROTEHNISKĀS IZMĒĢINĀJUMU PLATFORMAS
VIRSZEMES DAĻA - 138,0m2
KOPĀ VIRSZEMES DAĻA - 860,0m2

IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA

1. INSTRON 600kN
   Masa 25t. Pamatplātne 200mm zem grīdas līmeņa
   Jauda 380 V; 4,75 kW; 12,5A.
2. ZWICK Z 100
   Masa 2t.

3A.SŪKNIS 1.IEKĀRTAI
Jauda 380V; 4,75 kW; 12,5A.

3B.SŪKNIS 4.IEKĀRTAI
Jauda 380V; 4,75kW; 12,5A

4. SPĒKA RĀMJI
5. SPĒKA GRĪDAS SLIEDES
   Sliežu konstruktīvā slodze stiepē un spiedē 60t

6A.HIDROTEHNISKĀ IZMĒĢINĀJUMU PLATFORMA

6B.KRĀJREZERVUĀRS (sk. plānā uz atz.-3.350)

7. SŪKNIS KRĀJREZERVUĀRAM (sk.plānā uz atz.-3.350)
   Jauda 380V; 20 kW; 0-250 l/sek
8. KRĀNSIJA 5T
9. TELFERIS
   Jauda 380V; 35kW
10. KLIMATA KAMERA (PERSPEKTĪVĀ)
    Jauda 380V; 4kW + 4-8 standarta rozetes 220V

OBJEKTS: MEŽA UN ŪDENS ZINĀTNISKĀS LABORATORIJAS KORPUSA NR.1 REKONSTRUKCIJA (ERAF projekta ietvaros) Dobeles ielā 43, Jelgavā				PASŪTĪTĀJS: Latvijas Lauksaimniecības universitāte	
				RASĒJUMS: Plāns uz atzīmes ± 0,000 ar ūdensvada un kanalizācijas tīkliem	
IZSTRĀDĀJA	G.Dreimane				
PĀRBAUDĪJA	I.Kasatkina				
PROJ.STADIJA	MARKA	MĒROGS	PASŪTĪJUMA NR. (arhīva Nr.)	LAPA	LAPAS caur.Nr.
TP	ŪK	M 1:100	03/ 14 - 3 - 03	3	

FIRMA TURSONS SIA