

**LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE**  
**IEPIRKUMU KOMISIJAS**

**LĒMUMS**

Jelgavā

2015.gada 10.jūnijā

Nr. 376

**Pasūtītājs:** Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģ.Nr. 90000041898, adrese: Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001

**Iepirkuma procedūras veids:** Publisko iepirkumu likuma 8.<sup>2</sup>pants

**Iepirkuma identifikācijas numurs:** LLU/2015/47/TEMPUS/mi

**Iepirkuma līguma priekšmets:** *Laboratorijas iekārtu piegāde Tadžikistānas Lauksaimniecības universitātei ES TEMPUS programmas finansēta projekta "Tadžikistānas augstākās izglītības modernizācija pārtikas drošības un higiēnas jomā" ietvaros*

Galvenais CPV kods: 42215000-6

Papildus CPV kods: 38000000-5

**Iepirkuma komisija:** izveidota un darbojas pamatojoties uz 2015.gada 22.janvāra LLU rektora rīkojumu Nr. 4.3. – 13/6 „Par iepirkumu komisiju preču un pakalpojumu iegādei LLU vajadzībām”.

**Komisijas sastāvs:**

Komisijas priekšsēdētājs

direktora vietnieks I.Šuksta

Komisijas priekšsēdētāja vietnieki:

ITF dekāna vietnieks A.Paura

jurists Z.Hofmanis

Komisijas locekļi:

galvenā ekonomiste N.Tomane

Zin. un proj. attīstības centra ekonomiste J.Mangale

Informatīvo sistēmu nodaļas vadītājs A.Puzanovs

Komisijas sekretāre:

galv.spec.iepirkumu jaut. I.Sprukta

**Pretendentu atlases kritēriji:**

1. Pieteikums dalībai iepirkumā.
2. Tehniskais un finanšu piedāvājums.

**Piedāvājumu izvēles kritērijs:** piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst Nolikuma prasībām un tehniskajai specifikācijai.

**Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš** – LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab., Lielā iela 2, Jelgava, LV – 3001, līdz 05.05.2015. plkst.11.00.

*Piedāvājumu iesniedzēji:*

1. SIA „Doma”, reģ.Nr. 40003003704, Skanstes iela 50C, Rīga, LV-1013, iesniegšanas laiks – 29.04.2015.pl.10.20, piedāvātā kopējā cenu summa par norādīto skaitu – 30 068.13 EUR bez PVN.
2. SIA „Labochema Latvija”, reģ.Nr. 40003925979, Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006, iesniegšanas laiks – 05.05.2015.pl.9.20, piedāvātā kopējā cenu summa par norādīto skaitu – 40 902.00 EUR bez PVN.
3. SIA „MAIVRO”, reģ.Nr. 40003325827, Dzelzceļa iela 49, Mārupe, LV-2167, iesniegšanas laiks – 05.05.2015.pl.9.25, piedāvātā kopējā cenu summa par norādīto skaitu – 62 102.79 EUR bez PVN.
4. SIA „Arbor Medical Korporācija”, reģ.Nr. 40003547099, Meistaru iela 7, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076, iesniegšanas laiks – 05.05.2015.pl.10.04, piedāvātā kopējā cenu summa par norādīto skaitu – 34 153.00 EUR bez PVN.

Iepirkumu komisija veic piedāvājumu izvērtēšanu 3 (trīs) posmos:

- 1) 1.posms – Piedāvājuma noformējuma un iesniedzamo dokumentu pārbaude.
- 2) 2.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude.
- 3) 3.posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana.

Komisijas vērtējums pa posmiem:

**1.posms:** visu pretendentu piedāvājumi ir noformēti atbilstoši nolikuma 4.5., 4.6., 4.7., 4.8. un 4.9.punktu prasībām un ir iekļauti visi nolikuma 6.2.punktā norādītie dokumenti.

**2.posms:** komisija secināja, ka:

- 1) SIA „Doma” tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu apjomu, bet neatbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, jo:
    - a) 1.5.punktā pretendenta piedāvātais „Autoklāva izmērs: platums 72 cm x augstums 54 cm x dziļums 76 cm” neatbilst pasūtītāja izvirzītajai prasībai „Autoklāva izmērs ne lielāks kā: platums 65 cm x augstums 50 cm x dziļums 70 cm”.
    - b) 10.3.punktā pretendenta piedāvātais „Sveramo paraugu platformas izmērs ir 180x180mm” neatbilst pasūtītāja izvirzītajai prasībai „Sveramo paraugu platformas diametrs ne mazāk kā 130 mm”.
    - c) 15.3.punktā pretendenta piedāvātais „Apgriezienu diapazons ir 500 - 6000 apgr./min” neatbilst pasūtītāja izvirzītajai prasībai „Apgriezienu diapazons ne mazāks kā 2000 - 8000 apgr./min”.
  - 2) SIA „Labochema Latvija” tehniskais piedāvājums neatbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, jo:
    - a) 3.3.punktā pretendenta piedāvātais „Okulāri: WF 10X 20mm” neatbilst pasūtītāja izvirzītajai prasībai „Okulāri: WF 10X 18mm”.
    - b) 6.5.punktā pretendenta piedāvātais „Darba kameras izmēri: 400x390x350” neatbilst pasūtītāja izvirzītajai prasībai „Darba kameras izmēri ne mazāk kā 450x350x300 mm”.
    - c) 10.3.punktā pretendenta piedāvātais „Sveramo paraugu platformas izmēri: 133x133mm” neatbilst pasūtītāja izvirzītajai prasībai „Sveramo paraugu platformas diametrs ne mazāk kā 130 mm”.
    - d) 11.3.punktā pretendenta piedāvātais „Ātruma regulēšanas solis: 1 vai 100 apgr./min” neatbilst pasūtītāja izvirzītajai prasībai „Ātruma regulēšanas solis 10 apgr./min”.
  - 3) SIA „MAIVRO” tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu apjomu un atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.
  - 4) SIA „Arbor Medical Korporācija” tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu apjomu un atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.
- Iepirkumu komisija 2.vērtēšanas posmā SIA „Doma” un SIA „Labochema Latvija” tehniskos piedāvājumus atzina par neatbilstošiem tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām un izslēdza no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

**3.posms:** komisija secināja, ka:

- SIA „MAIVRO” finanšu piedāvājumā ir aritmētiskā kļūda un veicot cenu pārreķinu SIA „MAIVRO” piedāvātā kopējā cenu summa par norādīto skaitu ir 62 102.82 EUR bez PVN.
- SIA „Arbor Medical Korporācija” piedāvātā kopējā cenu summa par norādīto skaitu ir viszemākā (34 153.00 EUR bez PVN) un SIA „Arbor Medical Korporācija” tika atzīts par šī iepirkuma iespējamo uzvarētāju.

Pirms lēmuma par iepirkuma uzvarētāja pieņemšanas, komisija atbilstoši nolikuma 8.punktā minētajam, pārbauda Publisko iepirkumu likuma 8.<sup>2</sup>panta piektajā daļā noteikto izslēgšanas nosacījumu esamību attiecībā uz SIA „Arbor Medical Korporācija”.

Komisijas sekretāre sagatavoja par SIA „Arbor Medical Korporācija”:

- 09.06.2015. e-izziņu Nr. 24915095-3302413 par likvidācijas, maksātnespējas un saimnieciskās darbības apturēšanas procesiem.
- 09.06.2015. e-izziņu Nr. 24915095-3302415 par nodokļu nomaksas statusu.

Izvērtējot saņemto informāciju, komisija secināja, ka SIA „Arbor Medical Korporācija”:

- ✓ nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas netiek likvidēts.
- ✓ nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

- Komisija ar 6 balsīm “par”  **nolēma:** par iepirkuma uzvarētāju atzīt SIA „Arbor Medical Korporācija”.

**Komisijas lēmums:** līgumu par *Laboratorijas iekārtu piegāde Tadžikistānas Lauksaimniecības universitātei ES TEMPUS programmas finansēta projekta “Tadžikistānas augstākās izglītības modernizācija pārtikas drošības un higiēnas jomā” ietvaros* slēgt ar SIA „Arbor Medical Korporācija”, jo šī pretendenta piedāvājums atbilst iepirkuma nolikumā izvirzītajām piedāvājuma noformējuma prasībām, ir iekļauti visi nolikumā prasītie dokumenti, atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām un piedāvātā kopējā cenu summa par norādīto skaitu ir viszemākā – 34 153.00 EUR bez PVN. Paredzamā līguma summa ir 34 153.00 EUR bez PVN

**Lēmuma pārsūdzēšanas kārtība:**

Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma 8.<sup>2</sup>panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemt lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Komisijas priekšsēdētājs

I.Šuksta

Komisijas priekšsēdētāja vietnieki:

A.Paura

Z.Hofmanis

Komisijas locekļi:

N.Tomane

J.Mangale

A.Puzanovs

Komisijas sekretāre:

I.Sprukta